

笔式 pH 计使用说明书

CT-6020A

特点

● 测量范围 0.00 -- 14.00 pH.	● LCD 液晶双显示pH值和温度值
● 外接标准电极笔式数字笔式pH计,使用方便	● 显示锁定功能 (HOLD)
● 全防水设计	● 体积小,重量轻
● 配备 pH 4.01, pH 6.86, pH 9.18 的标准缓冲液	● 配有1.5 V 电池 (LR44, BAT) x 4 PCs
● pH 电极更换方便快捷	● 使用范围广阔
● pH 4.01,pH 6.86, pH 9.18 三点校准	● 10分钟自动关机功能

技术参数

显示屏	LCD, 尺寸 : 20 mm x 27 mm.	
测量范围	pH	0.00 to 14.00 pH.
解析度	pH	0.01 pH.
精度	pH	± 0.02 pH
pH 校准	pH 6.86, pH 4.01, pH 9.81三点校准	
工作温度	0~50°C (32~122 °F)	
尺寸	188 x 38mm 包括电极	
重量	136g (包括电极).	

操作指南

使用前请用力拔下 PH 计下方的电极保护套, 直接拔下即可, 请勿旋转!

锁定功能

按 ON/OFF 开机, 正常工作时显示屏上有一个小数点不停地闪动, 按下 HOLD 键锁定显示屏上的当前数据, 小数点停止闪动, 再按 HOLD 键即解除锁定模式。

仪器校准

1. PH 计经过长时间使用, 测试误差会增大。这时请进行标定操作。打开 pH 计电源, 如果电极处于干

干燥状态，请将 pH 计电极部分在蒸馏水或者纯净水中浸泡 10 分钟，使电极活化。首先准备 6.86 pH 的标准缓冲液，温度在 25 ℃ 为佳。

2. 按下 ON/OFF 键启动仪器并且将电极插入标准缓冲液中，适当搅动然后静止等待 pH 值数字稳定后，按下 CAL 键大约三秒，“CAL”符号出现，此时松开 CAL 键，pH 计会自动识别当前标准缓冲液的值，显示大约一秒当前测试值，然后显示 6.86。两秒钟后显示“SA”表示正在记忆标定结果，然后显示符号“END”，一秒之后恢复正常测量。

3. 如果按下 CAL 键时，一秒之后显示屏会显示符号‘END’，这说明 PH 缓冲液失效或者电极老化。请确认缓冲液是否正常，电极是否失效。

4. 注意：当 pH 值标定时，没有显示符号‘END’时，请不要将 pH 计从缓冲液拿出。

5. 标定 4.01 和 9.18 方法同上。

超量程显示

当 pH 值低于 0 或者高于 14 时，pH 显示区会显示：“---”。

当温度低于 0℃或高于 50℃时，温度显示区会显示：符号‘L’或符号‘H’。

低电压提示

当显示屏显示黯淡且数字闪动，表示电池电压已不足，请尽快更换新电池，新旧电池请勿混用。

温馨提示

1. pH 计属于专业仪器，非专业人士请在专业人士指导下进行操作，以免造成仪器故障！

2. 首次使用前请把电极用蒸馏水或者纯净水浸泡 10 分钟左右，

3. PH 计标定时请用标准缓冲液标定以及正确的操作方法，不正确的标定将会引起测量误差超标！在非标定状态下，请勿按“CAL”键，否则会引起仪器错误的标定，可能引起仪器不能正常工作或测量误差严重超标！

4. pH 缓冲粉末请用 250ML 蒸馏水或者纯净水溶解后，即可使用。

5. 使用时请不要把 pH 计插入液体过深，只要液体能够没过玻璃电极即可。使用前特别注意 pH 电极固定环是否松动，如果 pH 电极固定环松动，pH 计使用过程中测试的液体可能会进入仪器内部造成故障。

附录

缓冲液的配置方法：本仪表出厂时配备有三包粉状标准缓冲剂，每一包粉状标准缓冲剂可配制 250mL 缓冲液。缓冲液配制时请勿使用金属容器。

以配制 250mL pH 值=6.86 标准缓冲液为例说明配制方法：

(1) 配制时用一个容量大于 250mL 干净的塑料（玻璃）容器，取出 pH=6.86（绿色）缓冲剂塑料小袋，撕开它把里面的白色粉状物倒入容器中。

(2) 在塑料（玻璃）容器中加入 250mL 蒸馏水，如果没有蒸馏水可用市售瓶装 250mL 纯净水代替。

(3) 用一个洁净的玻璃或者其他工具棒缓慢搅动，直到粉状物全部溶解即可。

(4) 配制 4.01 和 9.18 标准缓冲液方法同上。三种缓冲液配制完成，应及时贴好标签，以防日后搞不清楚。

缓冲液的使用：

250mL 的缓冲液可以分多次使用，在仪器进行标定时用三个塑料（玻璃）小容器，分别倒入 4.01、6.86 和 9.18 缓冲液，并做好标记。缓冲液使用量只要能够全部淹没玻璃电极即可。使用过的缓冲液应倒掉不要重复使用。剩余部分存放在 20-25℃ 阴凉干燥处。